

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /CV-TTYT ngày 15/8/2025 của TTYT Hữu Lũng)

ST T	Danh mục thiết bị y tế	Mô tả hàng hóa, thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng/
I	Phần 1: Vật tư thay thế cho hệ thống xử lý nước RO			
1	Cát lọc nước	Kích thước 1-2mm	Kg	75
2	Sỏi lọc nước	Kích thước 4-7mm	Kg	75
3	Hạt lọc nước FeMas	Kích thước 1-2mm Tỷ trọng 1500 -1600Kg/m3	Kg	100
4	Than hoạt tính Calgon Carbon-Carbsorb30	Chỉ số i-ôt tối thiểu: 900 mg/g Tỷ trọng 0.45-0.60 g/cc	Kg	50
5	Hạt nhựa Amberlite IRC120 Na	Dung lượng trao đổi: ≥ 2 meq/L; Tỷ trọng: 820g/L; Mật độ hạt :1.27g/mL	Lít	250
6	Lõi lọc 5micron - 20 inch	Chiều dài 20 inch Kích thước khe lọc 5 micron	Cái	4
7	Lõi lọc 0.2micron -20 inch	Chiều dài 20 inch Kích thước khe lọc 0,2 micron	Cái	2
8	Máy bơm CHLF 4-60	Công suất 1,1kW Lưu lượng 1-7m3/h Cột áp 56m -28m (bao gồm cả khung inox lắp đặt)	Cái	2
9	Bộ van WS1TC	Công suất lọc 6,1m3/h Áp lực vận hành 1,4 -6,8 bar (bao gồm cả vật tư đường ống + phụ kiện lắp đặt vào cột lọc)	Cái	1
10	Bóng đèn tia cực tím 12G, 39W	Công suất 39W	Cái	1
11	Tăng phô đèn 24-39W	Công suất 39W	Cái	1
12	Cốc lọc 20"	Kích thước: dài khoảng 20inch	Cái	1
13	Khung inox 304	Khung để gá lắp bơm tăng áp tiền xử lý + bơm cấp nước RO + bộ đèn diệt khuẩn UV + Cốc lọc	Cái	2
14	Hệ thống đường ống và phụ kiện kết nối nội tuyến cho Hệ thống xử lý nước RO	Chất liệu PPR Kích thước DN20; DN25; DN32	Bộ	1
15	Hệ thống đường ống tuần hoàn cấp nước RO cho máy thận nhân tạo và thiết bị rửa quả lọc dây máu.	Chất liệu PVC -U Kích thước 1/2inch; 3/4inch; 1inch Máng ghen 100x60 che toàn bộ đường ống	Bộ	1

II	Phần 2: Dịch vụ kỹ thuật		
----	---------------------------------	--	--

1	Gói Dịch vụ thi công tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt	Tháo dỡ, di chuyển hệ thống xử lý nước RO từ khu cũ sang khu mới	Gói	1
		Tháo dỡ, di chuyển máy chạy thận nhân tạo từ khu cũ sang khu mới		
		Hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật		
		Lắp đặt, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn vận hành hệ thống tại khu xử lý nước RO mới		
		Lắp đặt, hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn vận hành các máy chạy thận nhân tạo tại khu mới		
2	Gói dịch vụ lấy mẫu và gửi mẫu nước RO thử nghiệm	Lấy mẫu và gửi mẫu nước RO thử nghiệm chỉ tiêu TỔNG VI SINH VẬT, ENDOTOXIN và CÁC CHỈ TIÊU HÓA LÝ theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2024 đối với nước RO dùng trong lọc máu và các chỉ liệu liên quan (01 mẫu nước RO sau màng RO)	Mẫu	1